

Bielsko-Biała; dnia 20 września 2011r.

BCKUiP – 0717/60/475/2011

**DOTYCZY: WARUNKÓW OFERTOWYCH BCKUiP DLA CELÓW
PRZEPROWADZENIA ROZPOZNANIA CENOWEGO NA DOSTAWĘ ZESTAWU
PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH I NARZĘDZI
DLA PRACOWNI METROLOGII WARSZATOWEJ.**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19-09-2011r. dot. rozpoznania cenowego na dostawę zestawu przyrządów pomiarowych i narzędzi dla pracowni metrologii warsztatowej przekazujemy odpowiedzi na zawarte w ww. piśmie pytania.

Pytanie 1: W opisie: „Projektor w wykonaniu poziomym...” i „Wymiary stolika szklanego...”, jeżeli projektor ma stolik szklany to jest w wykonaniu z pionową osią optyczną, jeżeli jest w wykonaniu z pozioma osią optyczną to nie ma stolika szklanego.

Odpowiedź: Urządzenie powinno posiadać obiektyw w wykonaniu pionowym, a wówczas stolik jest w układzie poziomym.

Pytanie 2: Nie jest też jasne czy zamawiający wymaga jednocześnie procesora obliczeniowego i oprogramowania – w większości przypadków jeżeli zastosujemy oprogramowanie to procesor jest zbędny.

Odpowiedź: Dla celów dydaktycznych wymagane jest aby zestaw projektora miał możliwości podłączenia do komputera PC i zainstalowane oprogramowanie.


Pytanie 3: Poz. 8 Czy chodzi o Trójpunktowe średnicówki ?

Odpowiedź: Tak. W tekście powinno być: „Trójpunktowe **średnicówki** w zestawie”

Pytanie 4: Poz. 10 Czy etui może być z PVC?

Odpowiedź: Nie. Etui powinno być drewniane zgodnie z opisem.

Zdzisław Naruszewicz
DYREKTOR BCKUiP



DYREKTOR
Bielskiego Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego
mgr Zdzisław Naruszewicz